

Znak:ZaP-2/09

Bielsko-Biała, dnia 24.09.2009 r.

## S P E C Y F I K A C J A

### I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

**Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez:**

**NZOZ Centrum Medyczne „Pod Orłem” s.c.**

#### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Dostawa zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop)
------------------------------------------------------------------

#### **SPIS TREŚCI:**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera załączniki:

- nr 1 – formularz ofertowy
- nr 2 – oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy
- nr 3 – formularz cenowy
- nr 4 – wzór umowy dostawy
- nr 5 – warunki graniczne zestawu

## I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

NZOZ Centrum Medyczne „Pod Orłem” s.c.  
Ul. Bohaterów Warszawy 26  
43-300 Bielsko-Biała

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop) zgodnie z art. 39 i innymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity), zwanej dalej ustawą p.z.p.

## III. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Wyklucza się możliwość zlecenia podwykonawcy realizacji tej dostawy.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawa zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop).  
(CPV: 33.16.81.00-6)

## V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin realizacji zamówienia:  
Do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

## VI. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. tj.:
  - a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu zamówienia;
  - b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
  - d. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń żądanych przez Zamawiającego będzie stanowić podstawę oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował formułą: spełnia, nie spełnia.

## VIII. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. Aktualna deklaracja zgodności z CE lub inne aktualne dokumenty wymagane przez ustawę o wyrobach medycznych dla zaproponowanego asortymentu – jeżeli dotyczy.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy p.z.p. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605).

#### IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami ustawy p.z.p. oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 ustawy p.z.p.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 ustawy p.z.p) na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  - a) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem VIII SIWZ,
  - b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt. VIII ppkt.2 SIWZ, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/uwierzytelnienie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania - jeżeli dotyczy,
  - c) Wypełniony formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ,
  - d) Wypełniony formularz cenowy – wg załącznika nr 3 do SIWZ,
  - e) Zaakceptowany wzór umowy dostawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ,
  - g) Wypełniony formularz warunków granicznych zestawu – wg załącznika nr 5 do SIWZ,
  - h) Ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi parametrami technicznymi urządzeń.
6. Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy

z Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.
9. Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.
10. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną po uwzględnieniu rabatów i wszystkich dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej.
11. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy p.z.p.
12. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.
13. Wykonawca winien zamieścić ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie, która winna posiadać oznaczenie Wykonawcy, Zamawiającego oraz napis:

**„Oferta na dostawę zestawu endoskopowego”  
„Nie otwierać przed dniem 05.10.2009 r Godz. 15.00”**

#### X. ZMIANA I WYCOFANIE.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami **"ZMIANA"** lub **"WYCOFANIE"**.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

#### XI. OPIS KRYTERIÓW, SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Ocena ofert złożonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
  - 1) W etapie I Zamawiający dokona sprawdzenia, czy nie zachodzą ustawowe przesłanki odrzucenia oferty.
  - 2) W II etapie oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

Cena brutto – 100%

Wartość punktowa ceny liczona będzie wg wzoru:

**cena minimalna oferty (brutto)**

**Cena = ----- x 100 x waga %**  
**cena danej oferty (brutto)**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty kwotę netto, kwotę podatku VAT i kwotę brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych polskich,
- b) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie przewidywane przez Wykonawcę koszty związane z realizacją zamówienia,
- c) Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.).
- d) Wykonawca w rubryce „Wartość netto” w formularzu cenowym wpisuje wartość wynikającą z przemnożenia cen jednostkowych przez ilość.
- e) Od wartości netto należy obliczyć podatek VAT i wpisać w rubryce „Wartość VAT”.
- f) Wartość brutto jest to suma wartości netto i wartości podatku VAT .
- g) W komórce „Razem wartość netto” oraz „Razem wartość brutto” należy wpisać wynik sumowania wartości z poszczególnych wierszy.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 88 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## XII. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując zapytania na piśmie.
2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu do składania ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje zwoływać zebrania Wykonawców.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a także zamieści na stronie internetowej. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.
5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
6. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

## XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Zamawiający informuje że wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Bolesław Matyszczuk – tel. 660 789-440

#### XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w Rejestracji NZOZ Centrum Medycznego „Pod Orłem” do dnia 05.10.2009 r. do godz. 13:00.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Sekretariacie NZOZ Centrum Medycznego „Pod Orłem”, pok. Nr 2 w dniu 05.10.2009 r. o godz. 15:00.

#### XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### XVI. WARUNKI WPLATY I ZWROTU WADIUM.

Wadium w niniejszym postępowaniu nie obowiązuje.

#### XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

#### XVIII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJACEGO.

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Po otwarciu ofert Zamawiający poda: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę).  
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
3. W przypadku, gdyby Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek.  
Zamawiający prześle mu informacje o których mowa w pkt.2.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie treści oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

#### XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzeniu wyników przetargu przez Dyrektora NZOZ Centrum Medycznego „Pod Orłem” w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty, umowa może być zawarta w terminie krótszym niż 7 dni pod warunkiem, że do postępowania została złożona tylko jedna oferta.
2. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie określony w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

#### XX. INFORMACJE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia i dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 Ustawy p.z.p
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

Zatwierdzam: /24.09.2009 r./

pieczęć firmowa Wykonawcy

**F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y****I. Dane Wykonawcy:**

1. Pełna nazwa:
2. Adres:
3. Województwo:
4. Nr tel:
5. NIP:
6. Regon:

**II. Przedmiot oferty:**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu endoskopowego (videogastroskop, videokolonoskop).

**III. Cena Ofertowa:**

Cena ofertowa netto: ..... zł + należny podatek VAT ..... zł

Cena ofertowa brutto: ..... zł

(słownie brutto: .....)

**IV. Oświadczenia**

1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy je w całości.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią umowy dostawy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w przedstawionej formie.
5. Zobowiązujemy się - na nasz koszt i ryzyko - do dostawy zestawu endoskopowego do NZOZ Centrum Medycznego „Pod Orłem” - w terminie wskazanym w SIWZ, dokonania instalacji, uruchomienia, przeszkolenia personelu w zakresie obsługi.

**V. Spis treści oferty /obejmujący wszystkie składniki oferty z zaznaczeniem nr stron/:**

- 1.
- 2.
- 3.

....., dnia .....2009 r.

.....  
pieczęćka i podpis osoby/osób upoważnionych do  
reprezentowania Wykonawcy

.....  
pieczęć firmowa Wykonawcy

### Oświadczenie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 177 wraz ze zm.) oświadczamy, że:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia,\*
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

\*niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Wykonawcy

L.p.	Asortyment	Ilość	Cena jedn. netto w zł.	Wartość netto w zł.	Wartość VAT w zł.	Wartość brutto w zł.	Producent
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>cz. I.</b>	<b>ZESTAW ENDOSKOPOWY Z MYJNIĄ AUTOMATYCZNĄ</b>						
1.	Procesor wizyjny	1 szt.					
2.	Źródło światła	1 szt.					
3.	Videokolonoskop	2 szt.					
4.	Monitor medyczny LCD	1 szt.					
5.	Wózek do zestawu	1 szt.					
6.	Pompa do kolonoskopii	2 szt.					
7.	Ssak endoskopowy	1 szt.					
			<b>Razem:</b>				
<b>cz II.</b>	<b>VIDEOGASTROSKOP szt. 2</b>						
1.	Videogastroskop	1 szt.					
2.	Videogastroskop	1 szt.					
3.	Ssak endoskopowy	1 szt.					
4.	Komputrowy system do archiwizacji badań i obrazów endoskopowych						
			<b>Razem:</b>				

Wartość netto cz. I: ..... zł słownie: ..... złotych.

Wartość VAT cz. I: ..... zł słownie: ..... złotych.

Wartość brutto cz. I: ..... zł słownie: ..... złotych.

Wartość netto cz. II: ..... zł słownie: ..... złotych.

Wartość VAT cz. II: ..... zł słownie: ..... złotych.

Wartość brutto cz. II: ..... zł słownie: ..... złotych.

.....  
pieczętka i podpis osoby/osób upoważnionych do  
reprezentowania Wykonawcy

zawarta w dniu .....r pomiędzy:

NZOZ Centrum Medyczne „Pod Orłem” ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-300 Bielsko-Biała  
Nr wpisu w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej wojewody śląskiego 24-01037

reprezentowanym przez:

Dyrektor NZOZ Centrum Medycznego „Pod Orłem” - lek. med. Bolesław Matyszczuk

zwanego dalej „Kupującym”

a

.....  
.....

reprezentowanym przez:

.....

zwanego dalej „Sprzedającym”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa zestawu endoskopowego według złożonej w postępowaniu przetargowym oferty wraz z załącznikiem cenowym i załącznikiem wymagań technicznych, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Sprzęt wymieniony w § 1 zostanie dostarczony do siedziby Kupującego do 5 tygodni od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Wartość umowy do zapłaty wynosi:

..... zł netto.

słownie: ..... złotych.

..... zł brutto.

słownie: .....złotych.

2. Ustalona wartość przedmiotu umowy zawiera koszt dostawy zestawu endoskopowego, instrukcji obsługi w języku polskim, transport wraz z ubezpieczeniem przewozowym do Kupującego, montaż i uruchomienie zestawu endoskopowego, bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie jego eksploatacji.

3. Bezpłatne przeszkolenie 2 lekarzy i 2 pielęgniarek w zakresie eksploatacji zestawu endoskopowego nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym.

#### § 4

Kupujący dokona zapłaty za przedmiot umowy w następujący sposób:

1. Zapłata należności nastąpi w 2 częściach:
  - **I część zapłaty za „zestaw endoskopowy z myjnią automatyczną” nastąpi do 30 dni po wystawieniu faktury i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego,**
  - **II część zapłaty za „Videogastroskop szt.2” nastąpi do 60 dni po wystawieniu faktury i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.**
2. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto  
.....
3. Za dokonanie płatności uważa się dzień dokonania przelewu przez Kupującego na konto Sprzedającego.

#### § 5

1. Instalacja zakupionego sprzętu nastąpi na koszt Sprzedającego, w terminie uzgodnionym przez obie strony umowy.
2. Kupujący jest zobowiązany do nie rozpakowywania sprzętu do czasu przybycia przedstawiciela serwisu.
3. Sprzedający przeprowadzi nieodpłatnie przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji sprzętu objętego umową.

#### § 6

1. Sprzedający zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych (np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału, zgniecenie pancerza) – przez okres min. 36 miesięcy
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe /niezgodne z dostarczoną instrukcją w języku polskim/ użytkowanie sprzętu.
3. Na czas naprawy Sprzedający dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze.

#### § 7

Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez:  
.....

#### § 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy w wypadku zwłoki w dostarczeniu towaru za każdy dzień zwłoki nie więcej jednak niż 10 % wartości umowy.
2. Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki ustawowe płatne w przypadku zwłoki w zapłacie należności za towar.

#### § 9

Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 10

Sprzedawca nie może bez zgody Kupującego zbywać wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Umowa niniejsza została sporządzona w oparciu o art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

§ 12

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pisemnej zgody obu stron.
2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KUPUJĄCY:

SPRZEDAJĄCY:

**WARUNKI GRANICZNE DLA ZESTAWU ENDOSKOPOWEGO**    Zał. Nr 5

<b>Lp.</b>	<b>PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY</b>	<b>Ilość</b>	<b>Wartości wymagane</b>	<b>Wartości oferowane /wpisać/</b>
	Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza ) - przez okres min 36 miesięcy.		<b>TAK</b>	
	Na czas naprawy Wykonawca dostarczy w ciągu max 72 godzin urządzenie zastępcze		<b>TAK</b>	
	Zestaw endoskopowy pracujący w systemie HDTV ( endoskopy , procesor video , źródło światła , monitor )		<b>TAK</b>	
<b>I</b>	<b>ZESTAW ENDOSKOPOWY Z MYJNIĄ AUTOMATYCZNĄ</b>			
<b>1.</b>	<b>P R O C E S O R   W I Z Y J N Y</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Przetwornik CCD „kolor”		Tak	
	Zoom elektroniczny		Tak	
	Obraz w obrazie możliwość podglądu obrazu zewnętrznego np. RTG		Tak	
	Programowy wybór współpracującego oświetlenia w procesorze: ksenon, halogen lub metalhalid		Tak	
	Programowanie funkcji sterujących na przyciski znajdujące się na głowicy endoskopu		Tak	
	Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i		Tak	

	uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego przez lampę ksenonową lub halogenową za pomocą filtra optycznego			
	Współpraca z videoendoskopami w standardzie HDTV posiadany przez Zamawiającego CF-H180AL, GIF-H180		Tak	
	Pamięć wewnętrzna rejestrowanych obrazów		Tak	
<b>2.</b>	<b>Ź R Ó D Ł O Ś W I A T Ł A</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Lampa ksenon moc min 300 W		Tak	
	Lampa zapasowa włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej		Tak	
	Współpraca z oferowanymi videoendoskopami		Tak	
	Regulowana pompa powietrza (min. 3 stopnie )		Tak	
	Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna		Tak	
	Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego przez lampę ksenonową lub halogenową za pomocą filtra optycznego		Tak	
<b>3.</b>	<b>V I D E O K O L O N O S K O P</b>	<b>2</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm		Tak	
	Średnica zewnętrzna wziernika – max. 14,0 mm		Tak	
	Przetwornik CCD - Kolor		Tak	
	Kąt obserwacji – min. 170°		Tak	
	Głębokość ostrości min. 3-100 mm		Tak	
	Długość robocza min. 1300 mm		Tak	
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu		Tak	
	Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i		Tak	

	uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego przez lampę ksenonową lub halogenową za pomocą filtra optycznego			
	Płynna zmiana sztywności końcówki endoskopu		Tak	
<b>4.</b>	<b>MONITOR MEDYCZNY LCD</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Przekątna ekranu - 19"		Tak	
	Kąt obserwacji pion/poziom 170°/170°		Tak	
	Wejścia BNC , S-VHS , RGB		Tak	
<b>5.</b>	<b>WÓZEK DO ZESTAWU</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Podstawa jezdna z blokadą kół		Tak	
	Ruchomy wisięgnik z monitorem		Tak	
	Listwa zasilająca		Tak	
	Centralny włącznik zasilania		Tak	
	Wieszak na dwa endoskopy		Tak	
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu		Tak	
<b>6.</b>	<b>POMPA DO KOLONOSKOPII</b>	<b>2</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Zbiornik na wodę min 1 litr		Tak	
	Sterowanie przepływem płynu z głowicy videoendoskopu		Tak	
	Pompa perystaltyczna		Tak	
	Płynna regulacja przepływu		Tak	
<b>7</b>	<b>DWUSTANOWISKOWA MYJNIA ENDOSKOPOWA</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Automatyczna kontrola szczelności endoskopu przez cały proces mycia - dezynfekcji		Tak	

	Automatyczna samodezynfekcja myjni		Tak	
	Automatyczne dozowanie środków chemicznych do myjni		Tak	
	Czas trwania pełnego procesu z płukaniem wodą zdezynfekowaną i suszeniem Max 50 min		Tak	
	Proces dezynfekcji oparty na środkach dezynfekcyjnych zawierających glutaraldehyd		Tak	
	Temperatura procesu dezynfekcji max. 35-60°C		Tak	
	Mycie wstępne, zasadnicze, dezynfekcja, płukania, suszenie		Tak	
	Czas dezynfekcji max 5 minut		Tak	
	Dezynfekcja wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji		Tak	
	Ilość mytych endoskopów min. 2		Tak	
	Dwa płukania końcowe po procesie dezynfekcji		Tak	
	Umieszczenie endoskopów w komorze mycia w sposób gwarantujące brak kontaktu pomiędzy mytymi endoskopami (opisać sposób umieszczenia endoskopów)		Tak	
	Chemiczne i biologiczne uzdatnianie wody przez myjnię		Tak	
	Kondensacja oparów środków dezynfekujących		Tak	
	Suszenie endoskopów		Tak	
	Możliwość zastosowania kosza do mycia rektoskopu		Tak	
	Zasilanie wodą bieżącą z instalacji bez konieczności instalowania dodatkowych filtrów uzdatniających wodę		Tak	
	Informacja o konieczności okresowych przeglądów generowana przez myjnię		Tak	
	Monitorowanie przebiegu procesu dezynfekcji		Tak	
	Dokumentacja procesu dezynfekcji : wydruk		Tak	
<b>II</b>	<b>VIDEOGASTROSKOP szt. 2</b>			
<b>1.</b>	<b>V I D E O G A S T R O S K O P</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>

	Średnica kanału roboczego – 2,8 mm		Tak	
	Średnica zewnętrzna wziernika - Max 10 mm		Tak	
	Przetwornik CCD - Kolor		Tak	
	Kąt obserwacji - Min 140°		Tak	
	Głębina ostrości 2-100 mm		Tak	
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu		Tak	
	Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego przez lampę ksenonową lub halogenową za pomocą filtra optycznego		Tak	
	Współpraca z posiadany procesorem video CV-180 i źródłem światła CLV-180		Tak	
<b>2.</b>	<b>V I D E O G A S T R O S K O P</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Średnica kanału roboczego – 2,8 mm		Tak	
	Średnica zewnętrzna wziernika - Max 9 mm		Tak	
	Przetwornik CCD - Kolor		Tak	
	Kąt obserwacji - Min 140°		Tak	
	Głębina ostrości 3-100 mm		Tak	
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu		Tak	
	Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego przez lampę ksenonową lub halogenową za pomocą filtra optycznego		Tak	
	Współpraca z posiadany procesorem video CV-180 i źródłem światła CLV-180		Tak	
<b>3.</b>	<b>SSAK ENDOSKOPOWY</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>

	Regulowana moc ssania		Tak	
	Butla autoklawowalna o pojemności min 1 L		Tak	
	Wymienny filtr mikrobiologiczny		Tak	
	Zawór automatycznie odcinający ssanie, zabezpieczający przed zalaniem pompy ssącej		Tak	
	Możliwość stosowania jednorazowych wkładów		Tak	
<b>4.</b>	<b>KOMPUTEROWY SYSTEM DO ARCHIWIZACJI BADAŃ I OBRAZÓW ENDOSKOOWYCH</b>	<b>1</b>	<b>TAK</b>	<b>Typ/producent</b>
	Stanowisko obocze ( komputer , drukarka ) , działające na jednej bazie danych pacjentów		Tak	
	Aplikacja na bazie profesjonalnej bazy danych (np. Oracle, MS SQL Server)		Tak	
	Edytowalny interfejs programu w języku polskim		Tak	
	Rejestracja nieruchomych obrazów i ruchomych obrazów endoskopowych bezpośrednio z głowicy wideoendoskopu w czasie rzeczywistym		Tak	
	Możliwość współpraca z medycznymi systemami informatycznymi zgodnymi ze standardami HL7 i DICOM3		Tak	
	Archiwizacja danych o pacjencie z automatycznym transferem na monitor zestawu wideoendoskopowego		Tak	
	Kontrola ilości badań wykonanych przez lekarza oraz endoskop		Tak	
	Tworzenie raportów z badania w oparciu o bloki tekstowe z: a) edycją b) zastosowaniem modułów do tworzenia		Tak	

terminologii w języku polskim c) wyborem zdjęć zarejestrowanych z głowicy wideoendoskopu  zaznaczeniem na schemacie anatomicznym miejsca, którego zdjęcie dotyczy			
Wbudowana terminologia zgodna z MST z możliwością edycji i modyfikacji		Tak	
Wszystkie dane przechowywane w postaci połączonych rekordów, zawierających dane z badania, obrazy, filmy itp.		Tak	
Możliwość eksportu obrazów i wideo z badania do innych powszechnie używanych formatów (tiff, avi, jpg, mpeg2)		Tak	
Zestawienia statystyczne rodzajów badań, ilości schorzeń, liczenie kosztów badań, z możliwością tworzenia zapytań wg standardu SQL bezpośrednio do bazy danych		Tak	
Otwieranie aplikacji i zatwierdzanie raportu badania przy pomocy indywidualnych transponderów		Tak	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty !!!**

.....  
pieczętka i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy